



Pérola do Planalto

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro  
Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626  
E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022**  
**Processo Administrativo Nº 82/2022**

**ANÁLISE DE DOCUMENTOS E AMOSTRAS**

Sr. Pregoeiro, nos servimos do presente para apresentar todas as informações que se seguem abaixo quanto aos produtos ofertados.

**ITEM 1**

A empresa **SÓ QUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA** ofertou o produto **AQUACEL AG+ EXTRA - CONVATEC** para o item do pregão a qual podemos comprovar que:

**SOLICITADO NO EDITAL:** COBERTURA ESTÉRIL, não aderente, macia, de cor levemente acinzentada, de material não-tecido, em placa com duas camadas, composta por 100% de fibras de CMC (carboximetilcelulose), concentração de 1,2% a 1,5% de prata iônica, cloreto de benzetônio e EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético). Com costuras de celulose regenerada no sentido horizontal e vertical, pode ser recortada em qualquer direção. Auxilia no tratamento de feridas infectadas ou com risco de infecção. Com a capacidade de absorver grandes quantidades de exsudato, forma um gel macio e coeso que se adapta a superfície da ferida, preenchendo os microcontornos e formando um meio úmido que auxilia na remoção de tecidos desvitalizados (promovendo desbridamento autolítico) e na evolução da cicatrização, combatendo e prevenindo a reformação do biofilme. A absorção é realizada verticalmente e a cobertura faz retenção. Indicada para feridas agudas e crônicas com ou sem presença do biofilme. Tamanho 10 x 10 cm. Caixa com 10 unidades. Apresentar junto a proposta: - bula autenticada ou ficha técnica que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem original e lacrada. A amostra deverá vir acompanhada de declaração do fabricante ou da detentora do Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o item. As empresas interessadas em participar deste item deverão apresentar declaração que irá proporcionar treinamentos e capacitações para toda equipe técnica e multidisciplinar do município quando a secretaria de saúde solicitar.)

**A composição do AQUACEL AG+ EXTRA está de acordo com o solicitado:**

- Possui dupla camada;
- Possui 1,2% de prata iônica, possui EDTA e Cloreto de Benzetônio;
- Possui ação antibiofilme.

**CONCLUSÃO:** Produto **CLASSIFICADO** por estar em conformidade com o edital.

*[Handwritten signatures]*



Pérola do Planalto

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro  
Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626  
E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



**ITEM 2**

A empresa **SÓ QUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA** ofertou o produto **AQUACEL AG+ EXTRA - CONVATEC** para o item do pregão a qual podemos comprovar que:

**SOLICITADO NO EDITAL:** COBERTURA ESTÉRIL, não aderente, macia, de cor levemente acinzentada, de material não-tecido, em placa com duas camadas, composta por 100% de fibras de CMC (carboximetilcelulose), concentração de 1,2% a 1,5% de prata iônica, cloreto de benzetônio e EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético). Com costuras de celulose regenerada no sentido horizontal e vertical, pode ser recortada em qualquer direção. Auxilia no tratamento de feridas infectadas ou com risco de infecção. Com a capacidade de absorver grandes quantidades de exsudato, forma um gel macio e coeso que se adapta a superfície da ferida, preenchendo os microcontornos e formando um meio úmido que auxilia na remoção de tecidos desvitalizados (promovendo desbridamento autolítico) e na evolução da cicatrização, combatendo e prevenindo a reformação do biofilme. A absorção é realizada verticalmente e a cobertura faz retenção. Indicada para feridas agudas e crônicas com ou sem presença do biofilme. Tamanho 10 x 10 cm. Caixa com 10 unidades. Apresentar junto a proposta: - bula autenticada ou ficha técnica que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem original e lacrada. A amostra deverá vir acompanhada de declaração do fabricante ou da detentora do Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o item. As empresas interessadas em participar deste item deverão apresentar declaração que irá proporcionar treinamentos e capacitações para toda equipe técnica e multidisciplinar do município quando a secretaria de saúde solicitar.)

**A composição do AQUACEL AG+ EXTRA está de acordo com o solicitado:**

- Possui dupla camada;
- Possui 1,2% de prata iônica, possui EDTA e Cloreto de Benzetônio;
- Possui ação antibiofilme.

**CONCLUSÃO:** Produto **CLASSIFICADO** por estar em conformidade com o edital.

**ITEM 3**

A empresa **CIRÚRGICA UNIÃO LTDA** ofertou o produto **DEBRIGEL ALG C.A.** a qual podemos comprovar que está em descordo com a solicitação do edital, demonstraremos abaixo:

**SOLICITADO NO EDITAL:** HIDROGEL TRANSPARENTE/INCOLOR, produto não estéril, composto por água purificada, ácido bórico e carboximetilcelulose sódica e alginato de cálcio e sódio, trietanolamina, hidantoína e sorbato de potássio e carbômero 940, que garante a estabilidade por até 28 dias após aberto. Hidroativo e absorvente, hidrata a ferida e agiliza o debridamento autolítico do tecido necrótico. O produto não pode ter contra-indicação em qualquer tipo de feridas em bula. Tubo de 85g com tampa flip-top. Caixa com 12 tubos. Deverá constar número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar junto a proposta: - bula autenticada ou ficha técnica que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem original e lacrada. A amostra deverá vir acompanhada de declaração do fabricante ou da detentora do Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o item. As empresas interessadas em participar deste item deverão apresentar declaração que irá proporcionar treinamentos e capacitações para toda equipe técnica e multidisciplinar do município quando a secretaria de saúde solicitar.

*Sal*

*Sal*



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro  
Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626  
E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



**OBS:** A empresa não apresentou amostra para o produto conforme constante na solicitação.

**CONCLUSÃO:** Produto **DESCCLASSIFICADO** por não apresentar amostra conforme solicitado.

**ITEM 4**

A empresa **SÓ QUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA** ofertou o produto **FLEXI-DRESS - CONVATEC** para o item do pregão a qual podemos comprovar que:

**SOLICITADO NO EDITAL:** Curativo Bota de Unna - Curativo bota de unna, composto por bandagem elástica lateral, impregnada com pasta composta por glicerina, óxido de zinco, óleo de rícino, petrolato branco, água, acácia, trama com algodão e poliéster, com costura de reforço nas laterais, promovendo o acabamento da trama. Que tenha os emolientes distribuídos em toda sua extensão, com umidade homogênea. Indicado para tratamento ambulatorial de úlcera venosa e edema linfático dos membros inferiores, podendo permanecer por até 7 dias. Tamanho aproximado em 10,20 cm de largura x 9,14 m de comprimento. CLASSE DE RISCO III. Apresentar junto a proposta: - bula autenticada ou ficha técnica que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem original e lacrada. A amostra deverá vir acompanhada de declaração do fabricante ou da detentora do Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o item. As empresas interessadas em participar deste item deverão apresentar declaração que irá proporcionar treinamentos e capacitações para toda equipe técnica e multidisciplinar do município quando a secretaria de saúde solicitar.

**A composição do FLEXI-DRESS (Bota de Unna) está de acordo com o solicitado:**

- Possui costuras de reforço na lateral;
- Possui classificação de risco grau III;
- Possui a composição como solicitado.

**CONCLUSÃO:** Produto **CLASSIFICADO** por estar em conformidade com o edital.

**ITEM 6**

A empresa **CIRÚRGICA UNIÃO LTDA** ofertou o produto **MEPILEX AG** a qual podemos comprovar que está em descordo com a solicitação do edital, demonstraremos abaixo:

**SOLICITADO NO EDITAL:** CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA, constituído por uma camada externa impermeável de filme de poliuretano com barreira viral e bacteriana que controla a transmissão de vapor da umidade proveniente do exsudato absorvido pelo curativo e uma almofada central com camadas absorventes. A almofada central absorvente é composta por uma camada de espuma de poliuretano e uma camada em contato com o leito da ferida de 100% fibras de carboximetilcelulose com 1,2% de prata iônica. Sem bordas de adesivo. Indicado como curativo primário ou secundário. Tamanho 10X10cm cm. Caixa com 10 unidades. Deverá constar número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar junto a proposta: - bula autenticada ou ficha técnica que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem original e lacrada. A amostra deverá vir acompanhada de declaração do fabricante ou da detentora do Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a

*[Handwritten signatures in blue ink]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro  
Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626  
E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



comercializar o item. As empresas interessadas em participar deste item deverão apresentar declaração que irá proporcionar treinamentos e capacitações para toda equipe técnica e multidisciplinar do município quando a secretaria de saúde solicitar.

**OBS:** A empresa não apresentou amostra para o produto conforme constante na solicitação.

**CONCLUSÃO:** Produto **DESCCLASSIFICADO** por não apresentar amostra conforme solicitado.

### ITEM 7

A empresa **SÓ QUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA** ofertou o produto **AQUACEL FOAM PRO - CONVATEC** para o item do pregão a qual podemos comprovar que:

**SOLICITADO NO EDITAL:** CURATIVO ESTÉRIL, DE ESPUMA, multicamadas, composto também por uma camada de fibras de carboximetilcelulose sódica (sem adição de outras fibras) que ajudam a manter um microclima ideal na pele em risco, absorvendo e bloqueando o excesso de umidade. Diminui os fatores de risco extrínsecos para o desenvolvimento da lesão por pressão (fricção, pressão, cisalhamento e microclima). Tem baixo coeficiente de fricção e barreira bacteriana e viral com alta taxa de transmissão de vapor e umidade. Em formato sacral, com adesivo de silicone perfurado em contato com a pele. Tamanho: 20 x 16,9cm. Caixa com 05 unidades. Apresentar bula autenticada que comprove o cumprimento do descritivo e amostra em embalagem original e lacrada que deverão vir acompanhadas de declaração do fabricante ou da detentora do registro do produto junto.

**A composição do AQUACEL FOAM PRÓ – CONVATEC está de acordo com o solicitado:**

- Possui adesivo de silicone;
- Possui barreira bacteriana e viral;
- Possui camadas de fibras de carboximetilcelulose.

**CONCLUSÃO:** Produto **CLASSIFICADO** por estar em conformidade com o edital.

### ITEM 8

A empresa **SÓ QUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA** ofertou o produto **SUREPRESS - CONVATEC** para o item do pregão a qual podemos comprovar que:

**SOLICITADO NO EDITAL:** Atadura elástica porosa; reutilizável de cor cru, medindo no mínimo 10 cm x 3m; a base de algodão/viscose, nylon e poliuretano elastano; com propriedade de compressão com indicação de limite de compressão retangulares; enrolada de forma contínua e uniforme; embalagem individual, em material que garanta a integridade do produto apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Lavável por no mínimo, 20 vezes. Apresentar junto a proposta: - bula autenticada ou ficha técnica que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem original e lacrada. A amostra deverá vir acompanhada de declaração do fabricante ou da detentora do Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o item. As empresas interessadas em participar deste item deverão apresentar declaração que irá proporcionar treinamentos e capacitações para toda equipe técnica e multidisciplinar do município quando a secretaria de saúde solicitar.

*Handwritten signatures in blue ink:*  
Sal  
[Signature]



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro  
Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626  
E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



**A composição do SUREPRESS – CONVATEC está de acordo com o solicitado:**

- Possui linha demarcatório de indicação de 50%;
- Possui comprovação em bula que pode ser reutilizada e lavada por 21 vezes;
- Possui composição condizente com o que está descrito no edital.

**CONCLUSÃO:** Produto **CLASSIFICADO** por estar em conformidade com o edital.

**ITEM 9**

A empresa **SÓ QUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA** ofertou o produto **DUODERME GEL 15g - CONVATEC** para o item do **pregão** a qual podemos comprovar que:

**SOLICITADO NO EDITAL:** GEL VISCOSO COM PECTINA E CARBOXIMETILCELULOSE SODICA, estéril, hidratante e absorvente composto por hidrocoloides naturais, acrescido de propilenoglicol num excipiente aquoso. Auxilia no desbridamento de feridas com tecido inviável, e cria um ambiente úmido, que favorece a cicatrização. Tubo de alumínio com 15 gr., que permite o total aproveitamento do conteúdo, com tampa perfurante e anel de proteção. Deverá constar número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 10 unidades. Apresentar junto a proposta: - bula autenticada ou ficha técnica que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem original e lacrada. A amostra deverá vir acompanhada de declaração do fabricante ou da detentora do Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o item. As empresas interessadas em participar deste item deverão apresentar declaração que irá proporcionar treinamentos e capacitações para toda equipe técnica e multidisciplinar do município quando a secretaria de saúde solicitar.

**A composição do DUODERME GEL 15g – CONVATEC está de acordo com o solicitado:**

- Possui composição condizente com o solicitado;
- Possui tubo em alumínio de 15g;

**CONCLUSÃO:** Produto **CLASSIFICADO** por estar em conformidade com o edital.

*Sal*

*Sal*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro  
Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626  
E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



**ITEM 14**

A empresa **SÓ QUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA** ofertou o produto **ESENTA PROTETOR SPRAY - CONVATEC** para o item do pregão a qual podemos comprovar que:

**SOLICITADO NO EDITAL: BARREIRA PROTETORA SPRAY:** Líquido composto por base de silicone (dixiloxane, Zanthalene e sílica trimetilada) formador de filme protetor flexível sobre a pele contra os efeitos deteriorantes dos efluentes corporais, enzimas e adesivos, sem deixar resíduos livre de álcool com propriedade anti-prurido, calmante da pele, ajudando a reduzir a dor e coceira ao longo do tempo. Produtos sem impactos ambientais, dentro das normas internacionais de restrição de substâncias. Embalado individualmente em frasco contendo 28 ml. Ter Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA). Apresentar junto a proposta: - bula autenticada ou ficha técnica que comprove o cumprimento do descritivo.

**A composição do ESENTA PROTETOR SPRAY – CONVATEC está de acordo com o solicitado:**

- Possui composição condizente com o solicitado;

**CONCLUSÃO:** Produto **CLASSIFICADO** por estar em conformidade com o edital.

**ITEM 15**

A empresa **SÓ QUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA** ofertou o produto **ESENTA REMOVEDOR SPRAY - CONVATEC** para o item do pregão a qual podemos comprovar que:

**SOLICITADO NO EDITAL: REMOVEDOR DE ADESIVO:** Líquido composto por 100% silicone (dixiloxane, octamethyltrisiloxano), de uso tópico, removedor de qualquer tipo de adesivo, como equipamentos de estomia (bases adesivas e adjuvantes), fitas adesivas, películas, hidrocolóides e todos os curativos que permaneçam aderidos à pele, livre de álcool e fragrâncias, atraumático. Produto sem impactos ambientais, dentro das normas internacionais de restrição de substâncias. Embalado individualmente em frasco contendo 50ml, spray que permite uma pulverização contínua de 360 graus e o máximo de aproveitamento do conteúdo da embalagem, sem que o aerossol deixe resíduo. Não estéril. Ter Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA). Apresentar junto a proposta: - bula autenticada ou ficha técnica que comprove o cumprimento do descritivo.

**A composição do ESENTA REMOEDOR SPRAY – CONVATEC está de acordo com o solicitado:**

- Possui composição condizente com o solicitado;
- É possível fazer o seu uso do produto com o frasco em qualquer direção garantindo o máximo aproveitamento;

**CONCLUSÃO:** Produto **CLASSIFICADO** por estar em conformidade com o edital.

*[Handwritten signatures in blue ink]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro  
Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626  
E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



**ITEM 16**

A empresa **SÓ QUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA** ofertou o produto **ESENTA REMOVEDOR LENÇO - CONVATEC** para o item do pregão a qual podemos comprovar que:

**SOLICITADO NO EDITAL: REMOVEDOR DE ADESIVO EM LENÇO:** Lenço umedecido por composto 100% silicone (dixiloxane, octamethyltrisiloxano), de uso tópico, removedor de qualquer tipo de adesivo, como equipamentos de estomia (bases adesivas e adjuvantes), fitas adesivas, películas, hidrocolóides e todos os curativos que permaneçam aderidos à pele, livre de álcool e fragrâncias, atraumático. Produto sem impactos ambientais, dentro das normas internacionais de restrição de substâncias. Embalado individualmente. Não estéril. **Caixa com 30 unidades.** Ter Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA). Apresentar junto a proposta: - bula autenticada ou ficha técnica que comprove o cumprimento do descritivo.

**A composição do ESENTA REMOVEDOR LENÇO - CONVATEC está de acordo com o solicitado:**

- Possui composição condizente com o solicitado;

**CONCLUSÃO:** Produto **CLASSIFICADO** por estar em conformidade com o edital.

**ITEM 28**

A empresa **CIRÚRGICA UNIÃO LTDA** ofertou o produto **LOFRIC**, a qual podemos comprovar que está em desacordo com a solicitação do edital, demonstraremos abaixo:

**SOLICITADO NO EDITAL:** Cateter uretral hidrofílico, pronto para o uso, Masculino, calibre CH12; Cateter composto por tubo confeccionado com aditivos hidrofílicos em sua composição, a base de elastômero POBE, sem qualquer revestimento hidrofílico de PVP (Polivinilpirrolidona) ou outro material. Que não seja pegajoso e/ou aderente quando seco. Flexível com orifícios polidos e conector plástico. Contendo sachê de água estéril visível na embalagem, e manga de proteção para o cateterismo preciso e sem toque. Embalagem segura e transparente, não metálica, que não ofereça riscos de ferimentos ao usuário/profissional, que promova barreira antimicrobiana e abertura asséptica, com orifício de suporte para o dedo. Produto esterilizado por óxido de etileno e de uso único. Caixa com 30 unidades. Apresentar junto a proposta: - bula autenticada ou ficha técnica que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem original e lacrada. A amostra deverá vir acompanhada de declaração do fabricante ou da detentora do Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o item. As empresas interessadas em participar deste item deverão apresentar declaração que irá proporcionar treinamentos e capacitações para toda equipe técnica e multidisciplinar do município quando a secretaria de saúde solicitar.

**OBS:** A empresa não apresentou amostra para o produto conforme constante na solicitação.

**CONCLUSÃO:** Produto **DESCLASSIFICADO** por não apresentar amostra conforme solicitado.

Sal  
E  
J



Pérola do Planalto

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro  
Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626  
E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br




Senhor(a) pregoeiro(a), após todas as informações e avaliações apresentadas, esta comissão pede que seja dado andamento ao processo o mais breve possível para que possamos chegar a conclusão do mesmo.


Nestes termos;  
Pedimos e aguardamos deferimento.

Bernardino de Campos, 18 de outubro de 2022.

Comissão avaliadora:

  
\_\_\_\_\_  
Silvia Helena Martins Tolini  
Enfermeira COREN/SP 307.086

  
\_\_\_\_\_  
Valquiria Cristina de Moraes  
Enfermeira COREN/SP 323.140

  
\_\_\_\_\_  
Fernanda Cristina de Souza  
Enfermeira COREN/SP 652.216

