



Pérola do Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro

Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626

E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



Relatório Análise de Amostras e Documentos Técnicos

Pregão Eletrônico N° 11/2021

Material de Enfermagem

Item 8

A empresa **Cirulabor Produtos Cirurgicos Ltda - EPP** deixou de apresentar amostra para o item.

Solicitado no Edital - AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20 x 5,5 – estéril com cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente. Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente. Canhão colorido na cor violeta para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Protetor plástico que garanta a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Embalada unitariamente, acondicionada em caixas secundárias com 100 unidades.

Conclusão: Produto REPROVADO por não apresentar amostra.

Item 9

A empresa **Top Norte Comercio de Material Médico Hospitalar** ofertou o produto da marca Wiltex para o item a qual podemos comprovar que está de acordo com o solicitado no edital. Apresentou documentos Técnicos.

Solicitado no Edital - AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25 x 0,7 estéril com cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente. Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente. Canhão colorido na cor violeta para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Protetor plástico que garanta a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Embalada unitariamente, acondicionada em caixas secundárias com 100 unidades.

Conclusão: Produto APROVADO por estar de acordo com solicitado

Item 10

A empresa **Top Norte Comercio de Material Médico Hospitalar** ofertou o produto da marca Wiltex para o item a qual podemos comprovar que está de acordo com o solicitado no edital. Apresentou documentos Técnicos.

Solicitado no Edital - AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25 x 0,8 - estéril com cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente. Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente. Canhão colorido na cor violeta para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Protetor plástico que garanta a total proteção da agulha para




Pérola do Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro

Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626

E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



um melhor acoplamento à seringa. Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Embalada unitariamente, acondicionada em caixas secundárias com 100 unidades.

Conclusão: Produto APROVADO por estar de acordo com solicitado

Item 11

A empresa **Top Norte Comercio de Material Médico Hospitalar** ofertou o produto da marca Wiltex para o item a qual podemos comprovar que está de acordo com o solicitado no edital. Apresentou documentos Técnicos.

Solicitado no Edital - AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30 x 0,7 - estéril com cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente. Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente. Canhão colorido na cor violeta para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Protetor plástico que garanta a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Embalada unitariamente, acondicionada em caixas secundárias com 100 unidades.

Conclusão: Produto APROVADO por estar de acordo com solicitado

Item 12

A empresa **Top Norte Comercio de Material Médico Hospitalar** ofertou o produto da marca Wiltex para o item a qual podemos comprovar que está de acordo com o solicitado no edital. Apresentou documentos Técnicos.

Solicitado no Edital - AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30 x 0,8 - estéril com cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente. Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente. Canhão colorido na cor violeta para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Protetor plástico que garanta a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Embalada unitariamente, acondicionada em caixas secundárias com 100 unidades.

Conclusão: Produto APROVADO por estar de acordo com solicitado

Item 13

A empresa **Top Norte Comercio de Material Médico Hospitalar** ofertou o produto da marca Wiltex para o item a qual podemos comprovar que está de acordo com o solicitado no edital. Apresentou documentos Técnicos.

Solicitado no Edital - AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 40 x 1,2 -estéril com cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente. Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente. Canhão colorido na cor violeta para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Protetor plástico que garanta a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Embalada unitariamente, acondicionada em caixas secundárias com 100 unidades.

Sal
2



Pérola do Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro

Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626

E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



Conclusão: Produto APROVADO por estar de acordo com solicitado

Item 26

A empresa **Cirulabor Produtos Cirurgicos Ltda - EPP** ofertou o produto da marca Colormed para o item a qual podemos comprovar que está em desacordo com o solicitado no edital. Não apresentou documentos Técnicos.

Solicitado no Edital - ATADURA DE CREPOM 10 cm x 1,80 mts, tipo i, especificações: 100% algodão ou misto com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem emendas, com bordas acabadas, sem fios soltos, livres de impurezas ou manchas. Peso: mínimo de 21,8 g, embalado em pacotes com 12 unidades: fabricado conforme NBR 14056 e A RDC 185 da ANVISA

O produto ofertado apresentou o peso de 09 gramas não atingindo o peso mínimo solicitado.

Conclusão: Produto REPROVADO por não estar de acordo com solicitado

Item 27

A empresa **Cirulabor Produtos Cirurgicos Ltda - EPP** ofertou o produto da marca Colormed para o item a qual podemos comprovar que está em desacordo com o solicitado no edital. Não apresentou documentos Técnicos.

Solicitado no Edital - ATADURA DE CREPOM 15 cm x 1,80 mts, tipo i, especificações: 100% algodão ou misto com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem emendas, com bordas acabadas, sem fios soltos, livres de impurezas ou manchas. Peso: mínimo de 32,7 g, embalado em pacotes com 12 unidades: fabricado conforme NBR 14056 e A RDC185 da ANVISA

O produto ofertado apresentou o peso de 12 gramas não atingindo o peso mínimo solicitado.

Conclusão: Produto REPROVADO por não estar de acordo com solicitado

Item 28

A empresa **Cirulabor Produtos Cirurgicos Ltda - EPP** ofertou o produto da marca Colormed para o item a qual podemos comprovar que está em desacordo com o solicitado no edital. Não apresentou documentos Técnicos.

Solicitado no Edital - ATADURA DE CREPOM 20 cm x 1,80 mts, tipo i, especificações: 100% algodão ou misto com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem emendas, com bordas acabadas, sem fios soltos, livres de impurezas ou manchas. Peso: mínimo de 42,8 g, embalado em pacotes com 12 unidades: fabricado conforme NBR 14056 e A RDC 185 da ANVISA

O produto ofertado foi reprovado com base nos produtos do item 26 e 27 por se tratar de mesma marca e não ter sido entregue amostra

Sal
Ass 3



Pérola do Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro

Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626

E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



Conclusão: Produto REPROVADO por não estar de acordo com solicitado

Item 29

A empresa **Top Norte Comercio de Material Médico Hospitalar** ofertou o produto da marca POLARFIX para o item a qual podemos comprovar que está de acordo com o solicitado no edital. Apresentou documentos Técnicos.

Solicitado no Edital - ATADURA DE RAYON não estéril - 7,5 cm x 5 metros, confeccionada em fibras sintéticas 100% rayon, livre de impurezas, rasgos, fios soltos e manchas, atóxica e apirogênico, indicado para curativos ou onde necessite de alta absorção e baixa aderência tecidual. Rolo com 5 metros em embalagem não estéril.

Conclusão: Produto APROVADO por estar de acordo com solicitado

Item 41

A empresa **Placido Com de Mat Cir. E Hosp EIRELI - ME** ofertou o produto da marca Hérika para o item a qual podemos comprovar que está em desacordo com o solicitado no edital. Não apresentou documentos Técnicos.

Solicitado no Edital - COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL 7,5 X 7,5 cm com densidade de 11 FIOS, confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela, com oito camadas e cinco dobras, com dimensão de 7,5 x 7,5cm quando fechadas e 15 x 30 cm quando abertas, branqueadas, isentas de impurezas, amido, alvejante óptico, dextrina, corretivos colorantes, ph de 5,0 a 8,0. Esterilizada por irradiação gama ou óxido de etileno, embalada em envelope individual de pronto uso, de papel grau cirúrgico e filme nylon/polietileno. As características devem atender as especificações da nrs 13841. Caixas com 240 (1350) envelopes.

O produto ofertado apresentou medidas 13,8 x 26 cm aberta não atingindo as medidas solicitadas e nem a cobertura total de cada camada.

Conclusão: Produto REPROVADO por não estar de acordo com solicitado

Item 42

A empresa **Vida e Saúde Distribuidora de Material Médico e Odonto Ltda** ofertou o produto da marca **Medcal** para o item a qual podemos comprovar que está em desacordo com o solicitado no edital. **Não apresentou documentos Técnicos.**

Solicitado no Edital - COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL 7,5 X 7,5 cm com densidade de 13 fios, confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela, com oito camadas e cinco dobras, com dimensão de 7,5 x 7,5cm quando fechadas e 15 x 30 cm quando abertas, ranqueadas, isentas de impurezas, amido, alvejante óptico, dextrina, corretivos colorantes, ph de 5,0 a 8,0. Pacotes com 500 unidades.

Val 4



Pérola do Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro

Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626

E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



O produto ofertado apresentou as medidas 13 x 25,5 cm aberta não atingindo as medidas solicitadas e nem a cobertura total de cada camada.

Conclusão: Produto REPROVADO por não estar de acordo com solicitado

Item 49

A empresa **Cirulabor Produtos Cirurgicos Ltda - EPP** ofertou o produto da marca Kolplast para o item a qual podemos comprovar que está de acordo com o solicitado no edital. Não apresentou documentos Técnicos.

Solicitado no Edital - ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL tam. MÉDIO. O espéculo descartável pode ser dividido basicamente em duas partes, as valvas e o parafuso. As valvas são produzidas em poliestireno cristal, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias. O parafuso é produzido em poliacetal e é acoplado ao espéculo, tornando-o pronto para uso. Embalagem não estéril.

Conclusão: Produto APROVADO por estar de acordo com solicitado

Item 50

A empresa **Cirulabor Produtos Cirurgicos Ltda - EPP** ofertou o produto da marca Kolplast para o item a qual podemos comprovar que está de acordo com o solicitado no edital. Não apresentou documentos Técnicos.

Solicitado no Edital - ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. PEQUENO. O espéculo descartável pode ser dividido basicamente em duas partes, as valvas e o parafuso. As valvas são produzidas em poliestireno cristal, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias. O parafuso é produzido em poliacetal e é acoplado ao espéculo, tornando-o pronto para uso. Embalagem não estéril

Conclusão: Produto APROVADO por estar de acordo com solicitado

Item 51

A empresa **Cirulabor Produtos Cirurgicos Ltda - EPP** ofertou o produto da marca Vagispec para o item (porém informou que a Kolplast comprou o modelo vagispec se tornando a Marca Kolplast) a qual podemos comprovar que está de acordo com o solicitado no edital. Não apresentou documentos Técnicos.

Solicitado no Edital - ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL tam. GRANDE. O espéculo descartável pode ser dividido basicamente em duas partes, as valvas e o parafuso. As valvas são produzidas em poliestireno cristal, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias. O parafuso é produzido em poliacetal e é acoplado ao espéculo, tornando-o pronto para uso. Embalagem não estéril.

Conclusão: Produto APROVADO por estar de acordo com solicitado

Sal *[Assinatura]* 5




Pérola do Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro

Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626

E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



Item 67

A empresa **Dimebras Comercial Hospitalar Ltda** ofertou o produto da marca Flexpell para o item a qual podemos comprovar que está de acordo com o solicitado no edital. Apresentou documentos Técnicos.

Solicitado no Edital - LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL 50 cm x 50 m, em rolo BRANCO, produzido com 100% celulose virgem de alta qualidade, isento de produtos químicos agressivos, gramatura mínima de 30gr/m², com alvura de no mínimo 80 %, apresentar resistencia, textura firme, flexibilidade, absorvência, isento de furos, manchas, rasgos ou qualquer defeito prejudicial a sua utilização. Caixas com 10

Conclusão: Produto APROVADO por estar de acordo com solicitado

Item 68

A empresa **Dimebras Comercial Hospitalar Ltda** ofertou o produto da marca Flexpell para o item a qual podemos comprovar que está de acordo com o solicitado no edital. Apresentou documentos Técnicos.

Solicitado no Edital - LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL 70 cm x 50 m, em rolo, BRANCO, produzido com 100% celulose virgem de alta qualidade, isento de produtos químicos agressivos, gramatura mínima de 30gr/m², com alvura de no mínimo 80 %, apresentar resistencia, textura firme, flexibilidade, absorvência, isento de furos, manchas, rasgos ou qualquer defeito prejudicial a sua utilização. Caixas com 10 unidades embaladas individualmente com plástico termo ajustável.

Conclusão: Produto APROVADO por estar de acordo com solicitado

Item 75

A empresa **VS MIX Empreendimentos Ltda** ofertou o produto da marca Supermax para o item a qual podemos comprovar que está de acordo com o solicitado no edital. Apresentou documentos Técnicos.

Solicitado no Edital - LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX NÃO ESTÉRIL tam. EXTRA PEQUENO, confeccionada em puro látex, textura uniforme, ambidestra, talcada com amido de milho USP, punho normal (23 cm), bainha ultraresistente e hipoalérgica. Caixas com 100 unidades ambidestras.

Conclusão: Produto APROVADO por estar de acordo com solicitado

Item 76

A empresa **VS MIX Empreendimentos Ltda** ofertou o produto da marca Supermax para o item a qual podemos comprovar que está de acordo com o solicitado no edital. Apresentou documentos Técnicos.

Jal 6



Pérola do Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro

Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626

E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



SAÚDE
MAIS PERTO DE VOCÊ

Solicitado no Edital – LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX NÃO ESTÉRIL tam.GRANDE, confeccionada em puro látex, textura uniforme, ambidestra, talcada com amido de milho USP, punho normal (23 cm), bainha ultra-resistente e hipoalérgica. Caixas com 100 unidades ambidestras.

Conclusão: Produto APROVADO por estar de acordo com solicitado

Item 77

A empresa **VS MIX Empreendimentos Ltda** ofertou o produto da marca Supermax para o item a qual podemos comprovar que está de acordo com o solicitado no edital. Apresentou documentos Técnicos.

Solicitado no Edital – LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX NÃO ESTÉRIL tam. MÉDIO, confeccionada em puro látex, textura uniforme, ambidestra, talcada com amido de milho USP, punho normal (23 cm), bainha ultra-resistente e hipoalérgica. Caixas com 100 unidades ambidestras.

Conclusão: Produto APROVADO por estar de acordo com solicitado

Item 78

A empresa **VS MIX Empreendimentos Ltda** ofertou o produto da marca Supermax para o item a qual podemos comprovar que está de acordo com o solicitado no edital. Apresentou documentos Técnicos.

Solicitado no Edital – LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX NÃO ESTÉRIL SEM TALCO tam. PEQUENO, confeccionada em puro látex, textura uniforme, ambidestra, sem talco ,punho normal, bainha ultra-resistente e hipoalérgica. Caixas com 100 unidades ambidestras.

Conclusão: Produto APROVADO por estar de acordo com solicitado

Item 128

A empresa **MIAMIMED Produtos Odontológicos Ltda** ofertou o produto da marca Betaniamed para o item a qual podemos comprovar que está de acordo com o solicitado no edital. Apresentou documentos Técnicos.

Solicitado no Edital – MÁSCARA FACIAL, RESPIRADOR PFF2 (N95) - Equipamento de Proteção Individual, contra partículas de origem biológica, para uso hospitalar, com clipe nasal para melhor ajuste à face do profissional. Sem válvula de exalação. Embalagem individual, apresentando o nome comercial da empresa fabricante e importador (em caso de importação), o lote de fabricação e o número do CA (Certificado de Aprovação), sempre em caracteres indelévels e bem visíveis. No ato da entrega, a validade deve ser de, no mínimo, 60% do prazo total do produto. Produto deve estar em conformidade com a legislação vigente (RDC e NBR), testado de acordo com ABNT/NBR 13698. Garantia de procedência, qualidade, segurança, eficácia e aprovação no teste de vedação qualitativa. Apresentação de amostra.

Conclusão: Produto APROVADO por estar de acordo com solicitado

Sal
7
[Handwritten signatures]



Pérola do Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro

Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626

E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



Item 129

A empresa **MMHMED Comercio de Produtos Hospitalares Ltda** deixou de apresentar amostra para o item.

Solicitado no Edital - MASCARA TRIPLA DESCARTÁVEL (CX-50 UNIDADES); Com camada tripla em material não tecido em 100% polipropileno com elemento filtrante; resistente à penetração de fluidos transportados pelo ar (repelência à fluidos); possuir OBRIGATORIAMENTE um elemento filtrante conforme legislação vigente (RDC e NBR); Com comprovação dos testes referentes a ABNT NBR 15052/2004 e ABNT NBR 14873/2002; com eficiência de filtragem bacteriana – BFE de, no mínimo 95% e eficiência de filtragem de partículas – EFP de, no mínimo, 98%; Com elástico de fixação; Não estéril; Com clip nasal de material maleável que permita o ajuste adequado ao contorno do nariz e das bochechas; atóxica; hipoalergênica; Solda por ultrassom; apirogênica; isenta de fibra de vidro; sem látex e não inflamável; sem costura. Registro na ANVISA. Apresentação de amostra para avaliação.

Conclusão: Produto REPROVADO por não apresentar amostra

Bernardino de Campos, 01 de Junho de 2021.

Comissão avaliadora:

Silvia Helena Martins Tolini
Enfermeira COREN/SP 307.086

Valquiria Cristina de Moraes
Enfermeira COREN/SP 323.140

Fernanda Cristina de Souza
Enfermeira COREN/SP 652.216

Sal

8