



Pérola do Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro

Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626

E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



Relatório Análise de Amostras e Documentos Técnicos

Pregão Eletrônico N° 11/2021

Material de Enfermagem

Item 8

A empresa **Placido Com de Mat Cir. E Hosp EIRELI - ME** ofertou o produto da marca SR para o item a qual podemos comprovar que está de acordo com o solicitado no edital. Apresentou Documentos Técnicos.

Solicitado no Edital - AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20 x 5,5 – estéril com cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente. Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente. Canhão colorido na cor violeta para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Protetor plástico que garanta a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Embalada unitariamente, acondicionada em caixas secundárias com 100 unidades.

Conclusão: Produto APROVADO por estar de acordo com solicitado.

Item 26

A empresa **Placido Com de Mat Cir. E Hosp EIRELI - ME** apresentou amostra divergente do ofertado em sua proposta.

Solicitado no Edital - ATADURA DE CREPOM 10 cm x 1,80 mts, tipo i, especificações: 100% algodão ou misto com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem emendas, com bordas acabadas, sem fios soltos, livres de impurezas ou manchas. Peso: mínimo de 21,8 g, embalado em pacotes com 12 unidades: fabricado conforme NBR 14056 e A RDC 185 da ANVISA

Conclusão: Produto REPROVADO por apresentar amostra divergente da ofertado.

Item 27

A empresa deixou de apresentar amostra para o item.

Solicitado no Edital - ATADURA DE CREPOM 15 cm x 1,80 mts, tipo i, especificações: 100% algodão ou misto com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem emendas, com bordas acabadas, sem fios soltos, livres de impurezas ou manchas. Peso: mínimo de 32,7 g, embalado em pacotes com 12 unidades: fabricado conforme NBR 14056 e A RDC 185 da ANVISA

Conclusão: Produto REPROVADO por não apresentar amostra

Item 28

Sal

[Signature]

[Signature]



Pérola do Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro

Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626

E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



A empresa deixou de apresentar amostra para o item.

Solicitado no Edital - ATADURA DE CREPOM 20 cm x 1,80 mts, tipo i, especificações: 100% algodão ou misto com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem emendas, com bordas acabadas, sem fios soltos, livres de impurezas ou manchas. Peso: mínimo de 42,8 g, embalado em pacotes com 12 unidades: fabricado conforme NBR 14056 e A RDC 185 da ANVISA

Conclusão: Produto REPROVADO por não apresentar amostra

Item 41

A empresa **Dimebras Comercial Hospitalar Ltda** ofertou o produto da marca Hérika Soft para o item a qual podemos comprovar que está em desacordo com o solicitado no edital. Apresentou documentos Técnicos.

Solicitado no Edital - COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL 7,5 X 7,5 cm com densidade de 11 FIOS, confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela, com oito camadas e cinco dobras, com dimensão de 7,5 x 7,5cm quando fechadas e 15 x 30 cm quando abertas, branqueadas, isentas de impurezas, amido, alvejante óptico, dextrina, corretivos colorantes, ph de 5,0 a 8,0. Esterilizada por irradiação gama ou óxido de etileno, embalada em envelope individual de pronto uso, de papel grau cirúrgico e filme nylon/polietileno. As características devem atender as especificações da nrs 13841. Caixas com 240 (1350) envelopes.

O produto ofertado apresentou medidas quando aberta 15 x 26 cm como descrito na própria embalagem, não atingindo as medidas solicitadas e nem a cobertura total por camada.

Conclusão: Produto REPROVADO por não estar de acordo com solicitado

Item 42

A empresa deixou de apresentar amostra para o item.

Solicitado no Edital - COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL 7,5 X 7,5 cm com densidade de 13 fios, confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela, com oito camadas e cinco dobras, com dimensão de 7,5 x 7,5cm quando fechadas e 15 x 30 cm quando abertas, ranqueadas, isentas de impurezas, amido, alvejante óptico, dextrina, corretivos colorantes, ph de 5,0 a 8,0. Pacotes com 500 unidades.

Conclusão: Produto REPROVADO por não apresentar amostra

Item 129

A empresa deixou de apresentar amostra para o item.

Solicitado no Edital - MASCARA TRIPLA DESCARTÁVEL (CX-50 UNIDADES); Com camada tripla em material não tecido em 100% polipropileno com elemento filtrante; resistente à penetração de fluidos transportados pelo ar (repelência à fluidos); possuir OBRIGATORIAMENTE um elemento

Sal

2



Pérola do Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro

Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626

E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br




filtrante conforme legislação vigente (RDC e NBR); Com comprovação dos testes referentes a ABNT NBR 15052/2004 e ABNT NBR 14873/2002; com eficiência de filtração bacteriana – BFE de, no mínimo 95% e eficiência de filtração de partículas – EFP de, no mínimo, 98%; Com elástico de fixação; Não estéril; Com clip nasal de material maleável que permita o ajuste adequado ao contorno do nariz e das bochechas; atóxica; hipoalergênica; Solda por ultrassom; apirogênica; isenta de fibra de vidro; sem látex e não inflamável; sem costura. Registro na ANVISA. Apresentação de amostra para avaliação.


Conclusão: Produto REPROVADO por não apresentar amostra

Bernardino de Campos, 16 de Junho de 2021.

Comissão avaliadora:



Silvia Helena Martins Tolini
Enfermeira COREN/SP 307.086



Valquiria Cristina de Moraes
Enfermeira COREN/SP 323.140



Fernanda Cristina de Souza
Enfermeira COREN/SP 652.216