



Pérola do Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro

Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626

E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



Relatório Análise de Amostras e Documentos Técnicos

Pregão Eletrônico N° 11/2021

Material de Enfermagem

Item 26

A empresa **Prevenção Comercial Hospitalar Ltda EPP** deixou de apresentar amostra para o item.

Solicitado no Edital - ATADURA DE CREPOM 10 cm x 1,80 mts, tipo i, especificações: 100% algodão ou misto com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem emendas, com bordas acabadas, sem fios soltos, livres de impurezas ou manchas. Peso: mínimo de 21,8 g, embalado em pacotes com 12 unidades: fabricado conforme NBR 14056 e A RDC 185 da ANVISA

Conclusão: Produto REPROVADO por não apresentar amostra.

Item 27

A empresa **Top Norte Comercio de Material Médico Hospitalar Eireli** ofertou o produto da marca Europa para o item a qual podemos comprovar que está em desacordo com o solicitado no edital. Apresentou documentos Técnicos.

Solicitado no Edital - ATADURA DE CREPOM 15 cm x 1,80 mts, tipo i, especificações: 100% algodão ou misto com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem emendas, com bordas acabadas, sem fios soltos, livres de impurezas ou manchas. Peso: mínimo de 32,7 g, embalado em pacotes com 12 unidades: fabricado conforme NBR 14056 e A RDC185 da ANVISA

O produto ofertado apresentou o peso de 16 gramas não atingindo o peso mínimo solicitado.

Conclusão: Produto REPROVADO por não estar de acordo com o solicitado

Item 28

A empresa **Vida e Saúde Distribuidora de Material Médico e Odonto Ltda** ofertou o produto da marca Ortom para o item a qual podemos comprovar que está em desacordo com o solicitado no edital. Não apresentou documentos Técnicos

Solicitado no Edital - ATADURA DE CREPOM 20 cm x 1,80 mts, tipo i, especificações: 100% algodão ou misto com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem emendas, com bordas acabadas, sem fios soltos, livres de impurezas ou manchas. Peso: mínimo de 42,8 g, embalado em pacotes com 12 unidades: fabricado conforme NBR 14056 e A RDC 185 da ANVISA

O produto ofertado apresentou o peso de 15 gramas não atingindo o peso mínimo solicitado.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the number 1.



Pérola do Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro

Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626

E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



Conclusão: Produto REPROVADO por não estar de acordo com solicitado.

Item 41

A empresa **Cirurgica União Ltda** ofertou o produto da marca Medi House para o item a qual podemos comprovar que está em desacordo com o solicitado no edital. Apresentou documentos Técnicos.

Solicitado no Edital - COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL 7,5 X 7,5 cm com densidade de 11 FIOS, confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela, com oito camadas e cinco dobras, com dimensão de 7,5 x 7,5cm quando fechadas e 15 x 30 cm quando abertas, branqueadas, isentas de impurezas, amido, alvejante óptico, dextrina, corretivos colorantes, ph de 5,0 a 8,0. Esterilizada por irradiação gama ou óxido de etileno, embalada em envelope individual de pronto uso, de papel grau cirúrgico e filme nylon/polietileno. As características devem atender as especificações da nrs 13841. Caixas com 240 (1350) envelopes.

O produto ofertado apresentou medidas quando aberta 7,5 x 28 cm confeccionada tipo tela com fios triplos, dobrada em 4 camadas.

Conclusão: Produto REPROVADO por não estar de acordo com solicitado

Item 42

A empresa **Cirulabor Produtos Cirúrgicos Ltda - EPP** deixou de apresentar amostra para o item.

Solicitado no Edital - COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL 7,5 X 7,5 cm com densidade de 13 fios, confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela, com oito camadas e cinco dobras, com dimensão de 7,5 x 7,5cm quando fechadas e 15 x 30 cm quando abertas, ranqueadas, isentas de impurezas, amido, alvejante óptico, dextrina, corretivos colorantes, ph de 5,0 a 8,0. Pacotes com 500 unidades.

Conclusão: Produto REPROVADO por não apresentar amostra

Item 129

A empresa **Nossa dental Produtos Odontológicos Ltda** ofertou o produto da marca VRM para o item a qual podemos comprovar que está em desacordo com o solicitado no edital. Apresentou documentos Técnicos.

Solicitado no Edital - MASCARA TRIPLA DESCARTÁVEL (CX-50 UNIDADES); Com camada tripla em material não tecido em 100% polipropileno com elemento filtrante; resistente à penetração de fluidos transportados pelo ar (repelência à fluidos); possuir OBRIGATORIAMENTE um elemento filtrante conforme legislação vigente (RDC e NBR); Com comprovação dos testes referentes a ABNT NBR 15052/2004 e ABNT NBR 14873/2002; com eficiência de filtração bacteriana – BFE de, no

Handwritten signatures and initials in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro

Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626

E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



Pérola do Planalto


mínimo 95% e eficiência de filtragem de partículas – EFP de, no mínimo, 98%; Com elástico de fixação; Não estéril; Com clip nasal de material maleável que permita o ajuste adequado ao contorno do nariz e das bochechas; atóxica; hipoalergênica; Solda por ultrassom; apirogênica; isenta de fibra de vidro; sem látex e não inflamável; sem costura. Registro na ANVISA. Apresentação de amostra para avaliação.

A amostra apresentada da marca VRM consta na embalagem o CNPJ 11.192.559/0001-87, porém no registro da ANVISA e no Relatório de Ensaio enviados pela empresa consta marca Mable CNPJ do fabricante 28.273.249/0001-90, informações na embalagem não confere com as dos laudos enviados.


Conclusão: Produto REPROVADO por não estar de acordo com solicitado.

Bernardino de Campos, 06 de Julho de 2021.


Comissão avaliadora:



Silvia Helena Martins Tolini
Enfermeira COREN/SP 307.086



Valquiria Cristina de Moraes
Enfermeira COREN/SP 323.140



Fernanda Cristina de Souza
Enfermeira COREN/SP 652.216