



Pérola do Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro

Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626

E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



SAÚDE
MAIS PERTO DE VOCÊ

Relatório Análise de Amostras e Documentos Técnicos

Pregão Eletrônico N° 11/2021

Material de Enfermagem

Item 26

A empresa **Medlevensohn Comercio e Representações de Produtos Hospitalares Ltda** ofertou o produto da marca **Texmed** para o item a qual podemos comprovar que está em desacordo com o solicitado no edital. Apresentou documentos Técnicos.

Solicitado no Edital - ATADURA DE CREPOM 10 cm x 1,80 mts, tipo i, especificações: 100% algodão ou misto com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem emendas, com bordas acabadas, sem fios soltos, livres de impurezas ou manchas. Peso: mínimo de 21,8 g, embalado em pacotes com 12 unidades: fabricado conforme NBR 14056 e A RDC 185 da ANVISA

O produto ofertado apresentou o peso de 12 gramas não atingindo o peso mínimo solicitado.

Conclusão: Produto REPROVADO por não estar de acordo com o solicitado

Item 27

A empresa **Medlevensohn Comercio e Representações de Produtos Hospitalares Ltda** ofertou o produto da marca **Texmed** para o item a qual podemos comprovar que está em desacordo com o solicitado no edital. Apresentou documentos Técnicos..

Solicitado no Edital - ATADURA DE CREPOM 15 cm x 1,80 mts, tipo i, especificações: 100% algodão ou misto com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem emendas, com bordas acabadas, sem fios soltos, livres de impurezas ou manchas. Peso: mínimo de 32,7 g, embalado em pacotes com 12 unidades: fabricado conforme NBR 14056 e A RDC185 da ANVISA

O produto ofertado apresentou o peso de 18 gramas não atingindo o peso mínimo solicitado.

Conclusão: Produto REPROVADO por não estar de acordo com o solicitado

Item 28

A empresa **Top Norte Comercio de Material Médico Hospitalar Eireli** ofertou o produto da marca **Europa** para o item a qual podemos comprovar que está em desacordo com o solicitado no edital. Não apresentou documentos Técnicos

Solicitado no Edital - ATADURA DE CREPOM 20 cm x 1,80 mts, tipo i, especificações: 100% algodão ou misto com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem emendas, com bordas acabadas, sem fios soltos, livres de impurezas ou manchas. Peso: mínimo de 42,8 g, embalado em pacotes com 12 unidades: fabricado conforme NBR 14056 e A RDC 185 da ANVISA



Pérola do Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro

Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626

E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



SAÚDE
MAIS PERTO DE VOCÊ

O produto ofertado apresentou o peso de 21,5 gramas não atingindo o peso mínimo solicitado.

Conclusão: Produto REPROVADO por não estar de acordo com solicitado.

Item 41

A empresa **Vida e Saúde Distribuidora de Material Médico e Odonto** deixou de apresentar amostra para o item

Solicitado no Edital - COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL 7,5 X 7,5 cm com densidade de 11 FIOS, confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela, com oito camadas e cinco dobras, com dimensão de 7,5 x 7,5cm quando fechadas e 15 x 30 cm quando abertas, branqueadas, isentas de impurezas, amido, alvejante óptico, dextrina, corretivos colorantes, ph de 5,0 a 8,0. Esterilizada por irradiação gama ou óxido de etileno, embalada em envelope individual de pronto uso, de papel grau cirúrgico e filme nylon/polietileno. As características devem atender as especificações da nrs 13841. Caixas com 240 (1350) envelopes.

Conclusão: Produto REPROVADO por não apresentar amostra

Item 42

A empresa **Plácido Comercio de Materiais Cirurgicos e Hospitalar Eireli ME** ofertou o produto da marca Line Br para o item a qual podemos comprovar que está em desacordo com o solicitado no edital. Não apresentou documentos Técnicos

Solicitado no Edital - COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL 7,5 X 7,5 cm com densidade de 13 fios, confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela, com oito camadas e cinco dobras, com dimensão de 7,5 x 7,5cm quando fechadas e 15 x 30 cm quando abertas, ranqueadas, isentas de impurezas, amido, alvejante óptico, dextrina, corretivos colorantes, ph de 5,0 a 8,0. Pacotes com 500 unidades.

O produto ofertado apresentou medidas 11 x 26 cm aberta não atingindo as medidas solicitadas e nem a cobertura total de cada camada.

Conclusão: Produto REPROVADO por não estar de acordo com o solicitado.

Item 129

A empresa **Top Norte Comercio de Material Médico Hospitalar Eireli** ofertou o produto da marca Olined para o item a qual podemos comprovar que está de acordo com o solicitado no edital. Apresentou documentos Técnicos.

Solicitado no Edital - MASCARA TRIPLA DESCARTÁVEL (CX-50 UNIDADES); Com camada tripla em material não tecido em 100% polipropileno com elemento filtrante; resistente à penetração de

ll *Sal* *ll* ²



Pérola do Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro

Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626

E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



fluidos transportados pelo ar (repelência à fluidos); possuir OBRIGATORIAMENTE um elemento filtrante conforme legislação vigente (RDC e NBR); Com comprovação dos testes referentes a ABNT NBR 15052/2004 e ABNT NBR 14873/2002; com eficiência de filtração bacteriana – BFE de, no mínimo 95% e eficiência de filtração de partículas – EFP de, no mínimo, 98%; Com elástico de fixação; Não estéril; Com clip nasal de material maleável que permita o ajuste adequado ao contorno do nariz e das bochechas; atóxica; hipoalergênica; Solda por ultrassom; apirogênica; isenta de fibra de vidro; sem látex e não inflamável; sem costura. Registro na ANVISA. Apresentação de amostra para avaliação.

Conclusão: Produto AROVADO por estar de acordo com solicitado.

Bernardino de Campos, 20 de Julho de 2021.

Comissão avaliadora:

Silvia Helena Martins Tolini
Enfermeira COREN/SP 307.086

Valquiria Cristina de Moraes
Enfermeira COREN/SP 323.140

Fernanda Cristina de Souza
Enfermeira COREN/SP 652.216