



Pérola do Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro

Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626

E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



Relatório Análise de Amostras e Documentos Técnicos

Pregão Eletrônico N° 11/2021
Material de Enfermagem

Item 26

A empresa **DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA** ofertou o produto da marca Polar Fix para o item a qual podemos comprovar que está de acordo com o solicitado no edital. Apresentou documentos Técnicos

Solicitado no Edital - ATADURA DE CREPOM 10 cm x 1,80 mts, tipo i, especificações: 100% algodão ou misto com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem emendas, com bordas acabadas, sem fios soltos, livres de impurezas ou manchas. Peso: mínimo de 21,8 g, embalado em pacotes com 12 unidades: fabricado conforme NBR 14056 e A RDC 185 da ANVISA

Conclusão: Produto APROVADO por estar de acordo com o solicitado

Item 27

A empresa **MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** deixou de apresentar amostra para o item

Solicitado no Edital - ATADURA DE CREPOM 15 cm x 1,80 mts, tipo i, especificações: 100% algodão ou misto com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem emendas, com bordas acabadas, sem fios soltos, livres de impurezas ou manchas. Peso: mínimo de 32,7 g, embalado em pacotes com 12 unidades: fabricado conforme NBR 14056 e A RDC185 da ANVISA

Conclusão: Produto REPROVADO por não apresentar amostra

Item 28

A empresa **TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA** ofertou o produto da marca Cremer tipo Cysne para o item a qual podemos comprovar que está em desacordo com o solicitado no edital. Não apresentou documentos Técnicos

Solicitado no Edital - ATADURA DE CREPOM 20 cm x 1,80 mts, tipo i, especificações: 100% algodão ou misto com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem emendas, com bordas acabadas, sem fios soltos, livres de impurezas ou manchas. Peso: mínimo de 42,8 g, embalado em pacotes com 12 unidades: fabricado conforme NBR 14056 e A RDC 185 da ANVISA

O produto ofertado apresentou o peso de 29,58 e bordas não acabadas apresentando fios soltos.

Sal *Jose*
1



Pérola do Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro

Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626

E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



Conclusão: Produto REPROVADO por não estar de acordo com solicitado.

Bernardino de Campos, 02 de agosto de 2021.

Comissão avaliadora:

Silvia Helena Martins Tolini
Enfermeira COREN/SP 307.086

Valquiria Cristina de Moraes
Enfermeira COREN/SP 323.140

Fernanda Cristina de Souza
Enfermeira COREN/SP 652.216

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ	02.881.877/0001-64
Autorização	800340
Produto	ATADURA DE CREPOM POLAR FIX

Modelo Produto Médico
Atadura de Crepom Polar Fix 04 cm x 1,80 m; Atadura de Crepom Polar Fix 06 cm x 1,80 m; Atadura de Crepom Polar Fix 08 cm x 1,80 m; Atadura de Crepom Polar Fix 10 cm x 1,80 m; Atadura de Crepom Polar Fix 12 cm x 1,80 m; Atadura de Crepom Polar Fix 15 cm x 1,80 m; Atadura de Crepom Polar Fix 20 cm x 1,80 m; Atadura de Crepom Polar Fix 25 cm x 1,80 m; Atadura de Crepom Polar Fix 30 cm x 1,80 m; Atadura de Crepom Polar Fix 04 cm x 1,20 m; Atadura de Crepom Polar Fix 06 cm x 1,20 m; Atadura de Crepom Polar Fix 08 cm x 1,20 m; Atadura de Crepom Polar Fix 10 cm x 1,20 m; Atadura de Crepom Polar Fix 12 cm x 1,20 m; Atadura de Crepom Polar Fix 15 cm x 1,20 m; Atadura de Crepom Polar Fix 20 cm x 1,20 m; Atadura de Crepom Polar Fix 25 cm x 1,20 m; Atadura de Crepom Polar Fix 30 cm x 1,20 m.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
<i>[sem dados cadastrados]</i>		

Nome Técnico	Ataduras
Registro	8003400027
Processo	25351634393201119
Fabricante Legal	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	<i>[sem dados cadastrados]</i>